



Folkhälsomyndigheten

نتائج غير صحيحة في 3700 اختبار كوفيد-19

لقد اكتشف مختبران سويديان أخطاءً في اختبار استُخدم لإظهار ما إذا كان المرء مصابًا بعدوى كوفيد-19. بسبب الخطأ، لم تتمكن طريقة الاختبار من التمييز بين المستويات المنخفضة لفيروس كوفيد-19 والنتيجة السلبية.

وأدى هذا الخطأ إلى تلقي حوالي 3 700 شخص في تسع مناطق مختلفة لنتيجة اختبار من المرجح أنها خاطئة. ويعني هذا أنهم علموا بصورة خاطئة أنهم مصابين بعدوى كوفيد-19.

سيتم الاتصال بجميع الأشخاص الذين تلقوا إجابات غير صحيحة بتاريخ أقصاه يوم الخميس 27 أغسطس ويتم تغيير نتائج الاختبار الخاصة بهم. وبما أنه قد مرت عدة أسابيع منذ أخذ العينات الحالية، فإن أخذ عينة جديدة الآن لا مغزى له. سوف يُعرض على أولئك الذين تلقوا استجابة غير صحيحة القيام باختبار الأجسام المضادة مجاناً من قبل مقدم الرعاية الصحية في منطقتهم. يمكن لاختبار الأجسام المضادة إظهار إذا كنت قد أصبت بعدوى كوفيد-19.

إذا كنت أجريت اختبار كوفيد-19 ولم يتم الاتصال بك بحلول يوم الخميس 27 أغسطس، فيمكنك التوقع أن تكون نتائج الاختبار صحيحة.

تم فتح خط هاتف وطني الذي يمكنك الاتصال به للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكن العثور على رقم الهاتف في المعلومات المرسلة إلى أي شخص تلقى نتيجة اختبار غير صحيحة.

أسئلة وأجوبة حول نتيجة إيجابية خاطئة لاختبار كوفيد-19

المناطق الحالية:

بليكينج

دالرناس

يافلبورغ

ستوكهولم

سورملاند

فاستربوتن

فاسترنورلاند

فاستمانلاند

فاسترا يوتالاند