



## Folkhälsomyndigheten

Försvarmakten  
Totalförsvarets Skyddscentrum

**Handläggare**  
Joakim Bergqvist

**Vårt ärendenummer**  
00937-2019

**Ert ärendenummer**  
FM2017-11970:1

**Datum**  
2019-03-20

**Sida**  
1 (2)

### **Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Handbok CBRN provtagning och fältanalys**

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss och har följande att anföra:

Folkhälsomyndigheten tillstyrker handboken. Överlag håller den en hög kvalitet och den upplevs mycket genomarbetad. Tydliga instruktioner för provtagning och hantering av prover bidrar till en ökad säkerhet inte bara för de som är verksamma vid händelsen men även för myndighetens personal i analyskedet. Synpunkter har lämnats som kommentarer direkt i texten i de två bifogade dokumenten 20190320 – remissvar H CBRN PR Aa bilaga 1 och bilaga 2. Flera av dessa kommentarer kopplar till följande två sakfrågor.

#### **Begrepp**

I texten används ibland liknande begrepp där det är oklart om det är någon skillnad mellan dem. Texten skulle bli lättare att förstå om endast ett begrepp används i de fall då innebörden är densamma. Ett exempel på detta är användningen av begreppen *omslag* och *utslag* som används tillsammans synonymt. Ett annat exempel är att det används ett flertal snarlika begrepp för mikroorganismer som kan orsaka sjukdom. Här föreslår vi att endast ett används och ger *smittämnen* som förslag.

#### **Saneringsmedel**

Vi har lagt till ett flertal kommentarer i texten som beskriver sanering och val av desinficeringsmedel. Vi vill gärna se att ni förtydligar kring vilka desinficeringsmedel som kan användas för vilka biologiska agens, särskilt med avseende på sporer, icke höljebärande virus och toxiner. Vi vill även uppmärksamma att metoder för sanering och sterilisering, så som desinficering med etanol och autoklivering, inte alltid tar bort eventuell DNA som kan finnas på till exempel återanvänd provtagningsutrustning. Det bör därför övervägas om särskild behandling krävs för sådan utrustning även efter sterilisering eller motsvarande för att undvika korskontaminering.

I dokumentet 20190320 – remissvar H CBRN PR Aa bilaga 3 finns ett nytt förslag till text om Folkhälsomyndigheten till handbokens tredje bilaga om aktörer med kompetens vid en CBRNE-händelse.

---

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Karin Tegmark Wisell. Utredare Joakim Bergqvist har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Joakim Bergqvist